

Immunine STIM plus®

Mode d'emploi

Remarques concernant la manipulation

Reconstituer l'*Immunine STIM plus®* immédiatement avant son administration. La solution doit être limpide ou légèrement opalescente. La solution doit ensuite être utilisée immédiatement et ne pas être diluée dans du NaCl ou du glucose.

Dissolution du lyophilisat

1. Réchauffer le solvant (eau pour préparations injectables) dans son flacon à température ambiante (+37° C au maximum).
2. Retirer les capuchons protecteurs des flacons contenant le lyophilisat et le solvant et désinfecter les bouchons en caoutchouc des deux flacons.
3. Enlever un des capuchons de **l'aiguille de transfert** (rose) jointe en imprimant un mouvement de rotation. Enfoncer l'aiguille dans le bouchon de caoutchouc du flacon contenant le solvant.
4. Enlever l'autre capuchon de l'aiguille de transfert.
5. Retourner le flacon de solvant et enfoncer l'aiguille de transfert au centre du bouchon en caoutchouc du flacon de lyophilisat. Le vide constitué dans le flacon de lyophilisat aspire le solvant.
6. Retirer le flacon de solvant avec l'aiguille du flacon de lyophilisat. Accélérer le processus de dissolution en remuant légèrement le flacon contenant le lyophilisat (par mouvements circulaires sans agiter le flacon).
7. Après la dissolution complète du lyophilisat, enfoncer **l'aiguille d'aération** (blanche) pour faire disparaître la mousse qui s'est éventuellement formée. Retirer l'aiguille d'aération.

Injection

1. Enlever le capuchon protecteur de **l'aiguille-filtre** (argent), monter celle-ci sur la seringue à usage unique et aspirer la solution dans la seringue.
2. Séparer la seringue de l'aiguille-filtre et injecter la solution avec le **butterfly** (bleu) joint (ou le nécessaire de perfusion) par voie intraveineuse lentement (2 ml/min).

NB : l'aiguille supplémentaire (jaune) ne doit pas être utilisée.